

DIREZIONE LABORATORIO ANALISI

Responsabile F.F. Dottoressa Monica Mangioni

All. I.O. LAB 1.06

31/08/217 Rev.1

## ISTRUZIONI PER L'ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI

### MATERIALE PER LA RACCOLTA

Contenitore standard acquistato in farmacia.

### MODALITA' DI PRELIEVO

#### **Si raccomanda di raccogliere 3 campioni di feci emesse in giorni diversi**

Raccogliere le feci in un contenitore asciutto e pulito o disponendo all'interno del W.C. uno strato di carta igienica

- Aprire il contenitore standard
- Con la palettina prelevare una piccola quantità (circa il volume di una nocciola) di feci e metterla nel barattolino.
- Avvitare completamente il tappo
- Scrivere cognome, nome e data sull'etichetta del contenitore
- Conservare i campioni a temperatura ambiente e consegnarli tutti alla fine del periodo di raccolta al laboratorio

### CAUSE DI NON IDONEITÀ DEL CAMPIONE

Campioni inviati in pannolini o panno-carta

Campioni inviati in contenitori contaminati all'esterno o troppo pieni

Campioni contaminati con urine

Campioni non identificati

Campioni contenenti sostanze che interferiscono con l'esame

Campioni raccolti non seguendo le istruzioni

Per ulteriori chiarimenti, telefonare al Laboratorio Analisi al seguente numero 011 9933369 dal lunedì al venerdì tra le ore 11.00 e le ore 15.00.

☎ 011.9933.451

✉ [segreteria.lab@ircc.it](mailto:segreteria.lab@ircc.it)